



Uputstvo za upotrebu

PH-TESTER

PH05



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Nakon raspakovanja uverite se da je proizvod slučajno oštećen tokom transporta.

UPOTREBA

Skinite zaštitnu kapicu sa merne glave. Uključite instrument sa ON/OFF prekidačem. Potopite vrh (mernu glavu) instrumenta u tečnost. Sačekajte par sekundi da se merenje stabilizuje. Nakon upotrebe isključite instrument (ON/OFF), mernu glavu operite čistom vodom. Merenu glavu operite nakon svakog merenja i ako ste završili merenje. Zaštitni poklopac treba vratiti još na vlažnu merenu glavu, ne brišite senzor i ne ostavljajte da se osuši!

NAPAJANJE

Uredaj se napaja dugmasticim baterijama 2xLR44 (AG13, GPA76). Ukoliko displej izbledi potrebno je promeniti baterije! Uz pomoć šrafcigera pažljivo izvucite ležište baterije, što je i jedino gornji deo instrumenta. Prema označenom polaritetu postavite nove baterije. Pažljivo gurnite nazad držać baterije sve dok se ne zabravi. Ukoliko ni nakon promene baterije ne radi instrument, proverite i očistite kontakte baterija. Istovremeno koristite samo baterije istog proizvođača i istog tipa! Baterije je zabranjeno rastavljavati, u vatru bacati kratko ih spajati čak iako su prazne! Ne punjivje baterije je zabranjeno punuti! Opasnost od eksplozije! Prazne baterije odmah izvadite iz uređaja! Ukoliko baterije slučajno iscure, koristite zaštitnu rukavicu, i naočare, suvom krpom obrišite držać baterije.

KALIBRACIJA

Kalibracijom se organizuje sirovina pogodna za pripremu tečnosti za kalibraciju.

pH4,01 sopstvena hemija

pH6,86 neutralna hemija

pH9,18 alkalna hemija

Pripremite tečnost za kalibraciju prema opisu za upotrebu praškastih sirovina. Za kalibraciju prvo koristite rastvor pH6,86. Uronite senzor uređaja u njega. Pritisnite i držite dugme CAL dugo vremena, a zatim ga otpustite i izmerena vrednost će tretirati na displeju dok se kalibracija ne završi. Sa pH4,01 izvršite kalibraciju kada što je gore opisano. Kao poslednji korak, izvršite kalibraciju sa pH9,18 kao što je gore opisano. Ovim je kalibracija završena. To takođe znači da su kalibrisane vrednosti visoke, a važna je i kalibrisana vrednost pH 6,86. Ako obično koristite pH tester u svom okruženju, izvršite kalibraciju u dve tačke, prvo sa rastvorom pH6,86, a zatim sa rastvorom pH4,01. U pH testu ima mnogo različitih vrednosti, određena količina vode je kalibrisana, ima starosnu granicu od 6,86 i 9,18. Ako je hemijska reakcija supstance koju treba proveriti nepoznata, izvršite kalibraciju u tri tačke! Preporučuje se kontrola tačnosti svakih tri meseci i po potrebi treba izvoditi kalibraciju.

NAPOMENA: ZABRANJENO JE PROGUTATI TEČNOST ZA KALIBRACIJU ILI PRAŠKASTU SIROVINU. AKO JE SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!



OVAJ TERMOMETAR NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRaju SA NJIM!

OVAJ TERMOMETAR SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

NAPOMENE

- Uredaj nije otporan na tečnosti, prilikom merenje se sme potapati samo merna glava! Ne stavljajte ga pod mlaz vode!
- Obratite pažnju da i van upotrebe senzor bude uvek vlažan pod poklopcem. Preporučuje se da se senzor mesečno potopи u vodu i vrati se poklopac dok je senzor vlažan.
- Ovaj proizvod nije predviđen za medicinske i javnu upotrebu, predviđena je za hobij upotrebu.
- Ne prskajte displej, može da se štetil.
- Štite je od smrzavanja i udaraca, direktne toplosti i sunca
- Za čišćenje koristite mekane suve krpe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva
- Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
- Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritet!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
- Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez nавaje.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Obzir merenja: 0.00-14.00 pH

Rezolucija merenja: 0.01 pH

Preciznost merenja (u 25°C/77°F): ±0.01 pH

Napajanje: 2 x 1.5V LR44 (nisu u sklopu)

Radna temperatura: 0-60.0°C; max 100% RH

Dimezije: 153x29x16 mm

Masa: 52g

Oznaka: PH05

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270 • www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa.

Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.